

各區室落菌數

編號	區室	3 月	4 月	5 月	6 月	7 月	9 月	10 月
1	小鼠種源室	2	0	2	12	3	3	2
2	SD 繁殖室	102	94	75	167	109	103	18
3	Wistar 繁殖室	98	181	83	99	140	46	0
4	小鼠繁殖室	11	15	19	39	15	7	22
5	大鼠種源室	2	2	2	4	4	3	15
6	裸鼠室	1	6	0	0	1	1	0
7	儲籠室	3	2	7	15	45	3	2
8	淨走廊	4	12	45	26	4	28	2
9	後走廊	31	35	63	66	39	22	5
10	管理室	1	0	2	8	7	1	1
11	B.S.浴室	4	4	5	12	2	3	6
12	潔淨 1 (搬運大小鼠通道)	3	0	0	0	0	33	0
13	潔淨 2 (外來加蓋繁殖)	0	8	0	0	0	0	0
14	潔淨 3 (大鼠飼育室)	62	90	80	0	0	4	63
15	潔淨 4 (大鼠飼育室)	0	1	0	35	144	26	38
16	潔淨 5 (大鼠飼育室)	18	38	82	47	248	90	82
17	潔淨 6 (小鼠飼育室)	40	15	24	30	25	140	12
18	潔淨區前室	0	2	2	5	6	4	1
19	潔淨區走廊	2	4	7	10	14	25	7
20	外科手術區	0	2	0	1	7	1	1
21	小鼠代養室 1 (H1 國小加蓋繁殖)	0	1	1	1	2	0	1
22	小鼠代養室 2 (11 月 H7 移置此區)	27	24	76	63	96	23	0
23	小鼠代養室 H1,2 前室 (H1,2 前室)	8	2	6	3	26	8	0
24	大鼠代養室 3 (H3) (11 月改小鼠代養)	21	14	50	33	33	3	79
25	大鼠代養室 4 (H4)	11	36	20	45	37	61	29
26	大鼠代養室 H3,4 前室 (H3,4 前室)	2	1	5	10	1	7	38
27	H1~H4 前走道	2	5	6	25	14	25	8
28	基因轉殖動物代養室 (H5)	2	3	3	8	16	2	0
29	基因轉殖動物代養室前室 (H5 前室)	2	5	11	3	2	1	1

30	感染室 (H6)	8	0	4	1	2	0	1
31	感染室前室 (H6 前室)	3	0	3	1	0	0	1
32	H5~H6 前走道	2	9	5	9	3	3	16
33	基因轉殖加蓋室 (H7) (11 月開始)	3	10	2	3	3	7	2
34	代養室 (H8)	1	11	23	16	84	23	40
35	外來動物隔離區 1(H8-1 國大鼠)	0	5	2	48	4	22	13
36	外來動物隔離區 4(H8-2 國小鼠)	25	22	2	1	1	0	0
37	外來動物隔離區 3(H8-3 外來)	4	0	5	7	6	7	10
38	外來動物隔離區 2(H8-4 操作台)	0	0	1	0	0	0	0
39	外來動物隔離區前室 (H8 前室)	10	9	13	5	33	7	3
40	大鼠代養室 H9	37	154	46	112	112	156	129
41	大鼠代養室 H9 前室	1	5	12	5	19	63	18
42	小鼠代養室 H10	47	50	96	93	212	300	152
43	小鼠代養室 10 前室	10	2	11	2	12	23	6
44	代養室 H8,9,10 走道	3	2	7	42	1	18	40
45	豬室 (H11)	999	799	999	899	999	999	799
46	兔室 1 (H12)	59	48	62	39	21	23	49
47	豬室 (H13)	41	58	784	216	345	999	81
48	兔室 2 (H14)	2	5	6	25	14	25	8
49	清洗室	25	9	7	28	5	8	5

1. BBL™ Stacker™ Plate TSB II , 5% Sheep blood (Becton, Dickinson) 。

2.方法：打開 Plate 上蓋，置於房間中央 30 分鐘，30 分鐘後蓋好上蓋，置入 37℃ 培養箱中培養 48 小時，取出後計算落菌數量。

落菌數監測各區室編碼圖

